

Bericht über die Evaluation der messtechnischen Rückführung im Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz

Auszug aus dem Bericht vom 26. Juni 2018:

Zusammenfassung

Die Vor-Ort Evaluierung der messtechnischen Rückführung im Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz (LME RLP) wurde am 12. und 13. Juni 2018 durch ein Evaluierungsteam der PTB durchgeführt. Der Schwerpunkt der Evaluierung lag auf den Teilgebieten Abgas und Druck und wurde in Bad Kreuznach durchgeführt. Gesetzliche Grundlage bildet § 6 Abs. 2 des Einheiten- und Zeitgesetzes vom 3. Juli 2008. Die Leitung des LME RLP nahm an der Vor-Ort-Begutachtung teil (siehe Anlage 1).

Das LME RLP verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem, das den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2005 entspricht. Eine entsprechende Eigenerklärung wurde am 5. Mai 2017 vom Direktor des LME RLP unterzeichnet und im Rahmen der Vorbereitung der Evaluierung vorgelegt.

In der Anlage 4 des Evaluierungsberichts findet sich eine Liste der eingesehenen Dokumente und Aufzeichnungen. In der Anlage 5 finden sich detaillierte Angaben zur Erfüllung der normativen Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2005, soweit sie für die messtechnische Rückführung von grundsätzlicher Bedeutung sind.

Vom Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz (LME RLP) werden die Anforderungen von DIN EN ISO/IEC 17025:2005 hinsichtlich der metrologischen Rückführbarkeit auch in den evaluierten Bereichen

- Abgas
- Druck

erfüllt. Die vom LME RLP ausgestellten Ergebnisberichte (Eichscheine, Kalibrierscheine, Prüfscheine) können als Nachweis der messtechnischen Rückführung auf SI-Einheiten bzw. auf die nationalen Normale verwendet werden.

Die Zuständigkeiten, Verfahren, Einrichtungen und Normale sind in geeigneter Weise dokumentiert. Die Dokumentation wird von den Mitarbeitern beachtet und in der praktischen Tätigkeit umgesetzt.

Feststellungsberichte F1 bis F5 wurden erstellt und entsprechende Korrekturmaßnahmen vereinbart (Anlage 2). Die Korrekturmaßnahmen werden bis 15. August 2018 durch das LME RLP umgesetzt.



26. Juni 2018

Dr. Kai Stoll-Malke
Teamleiter

Die in den Feststellungsberichten vereinbarten Korrekturmaßnahmen wurden vom LME RLP vereinbarungsgemäß umgesetzt.

Braunschweig, 2018-09-03
Im Auftrag



Dr. Kai Stoll-Malke
Qualitätsmanager der PTB

600 01 r